




Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



RŚZ.262.3.2019

Ciechanów, dnia 28.02.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: pytania nadesłanego przez Wykonawców do postępowania RŚZ.262.3.2019 pn.: **Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz mebli medycznych do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne- sala pielęgniarstwa, sala egzaminacyjna OSCE, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa, sali ćwiczeń umiejętności technicznych (w sprzęt medyczny, drobny sprzęt medyczny) według formularza ofert w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17.**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych odpowiada na następujące pytania:

Dot. Zad 1

POZ. 8 Defibrylator:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do 4 godzin?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Dot. Zad 2

Poz. 1. Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach:

Szerokość: 650mm,

Głębokość 470mm,

Wysokość: 970mm,

Wyposażonym w koła o średnicy 100 mm i górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką dwurzędową na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników i wieszaka na kroplówki? Pragniemy nadmienić, montaż nadstawki wyklucza półkę pod defibrylator oraz wieszak na kroplówki.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z nadstawką dwurzędową na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników i wieszaka na kroplówki ale nadal podtrzymuje wymóg posiadania przez wózek półki pod defibrylator.

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami w jednym kolorze?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z szufladami w jednym kolorze pod warunkiem umieszczenia innego trwałego oznaczenia kolorystycznego każdej szuflady np.: identyfikator każdy w innym kolorze etc.

Poz. 2 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (1)

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach:

Szerokość: 650mm,

Głębokość 470mm,

Wysokość: 970mm,

Wyposażonym w koła o średnicy 100 mm i górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką dwurzędową na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników i wieszaka na kroplówki? Pragniemy nadmienić, montaż nadstawki wyklucza półkę pod defibrylator oraz wieszak na kroplówki.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z nadstawką dwurzędową na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników i wieszaka na kroplówki ale nadal podtrzymuje wymóg posiadania przez wózek półki pod defibrylator.

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami w jednym kolorze?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z szufladami w jednym kolorze pod warunkiem umieszczenia innego trwałego oznaczenia kolorystycznego każdej szuflady np.: identyfikator każdy w innym kolorze etc.

Poz. 5 Plecak ratowniczy

Czy Zamawiający dopuści w wyposażeniu plecaka ratowniczego łyżki dla dorosłych do laryngoskopu nie wyposażone w port tlenowy?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 8 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (2)

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o wymiarach:

Szerokość: 650mm,

Głębokość 470mm,

Wysokość: 970mm,

Wyposażonym w koła o średnicy 100 mm i górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami w jednym kolorze?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności wózek z szufladami w jednym kolorze pod warunkiem umieszczenia innego trwałego oznaczenia kolorystycznego każdej szuflady np.: identyfikator każdy w innym kolorze etc.

Czy Zamawiający dopuści wózek z wieszakiem na kroplówki i półką pod defibrylator? Pragniemy nadmienić, że montaż wieszaka na kroplówki i półki pod defibrylator wyklucza montaż nadstawki.

Odp. Nie. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.

Poz. 10 Zestaw drobnego sprzętu medycznego (6)

Czy Zamawiający dopuści zestaw drobnego sprzętu medycznego z łyżką do intubacji dla niemowląt nie wyposażoną w port tlenowy ?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.