

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAI.262.22.2022

Ciechanów dnia 21.07.2022 r.

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. na wykonanie zadania pn.: **„Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy:

1. Czy zakres temperaturowy dla wszystkich norm będzie wynosił od temperatury pokojowej do +60⁰ C ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie Wykonawcy:

2. Czy Zamawiający zapewni dostęp do mediów w bezpośredniej bliskości komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie Wykonawcy:

3. Czy dostawca we własnym zakresie ma zaprojektować i wykonać system odciągów oparów solanki z komory?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nad komorę zostanie doprowadzony grawitacyjny ciąg wentylacyjny do podłączenia go do urządzenia w celu odprowadzania oparów solanki z komory. Komora powinna mieć wbudowany wentylator do automatycznego jej przedmuchu bez konieczności instalacji wentylatorów poza komorą odprowadzających opary solanki z komory.

Pytanie Wykonawcy:

4. Czy dostawca dostarcza sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak – zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie Wykonawcy:

5. Czy Zamawiający dysponuje drogą transportową umożliwiającą wprowadzenie komory do obiektu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak pomieszczenie laboratorium posiada niezależne wejście bezpośrednio z parkingu z rampą podjazdową.

Pytanie Wykonawcy:

6. Według którego aneksu (A, B, C) normy VDA 233-102 chcą Państwo wykonywać testy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Komora jest przeznaczona do testów wg aneksu A i B. Nie jest wymagana funkcja wymrażania próbek.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Kancierz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik