

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAI.262.22.2022

Ciechanów dnia 28.07.2022 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. na wykonanie zadania pn.: **„Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza dostawę komory wyłącznie z regulacją wilgotności w zakresie 50-95% rH?. Regulacja wilgotności na poziomie 95-100% rH nie jest możliwa w żadnej komorze korozyjnej; nawet zaawansowane komory klimatyczne posiadają regulacje wilgotności do 98% rH.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający dopuszcza dostawę komory z regulacją wilgotności w zakresie 50-95% RH, jednak komora musi posiadać tryb wysokiej wilgotności, tj. 95-100% RH.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Kancelarz PUZ im. Ignacego Mościckiego
/-/ mgr inż. Piotr Wójcik