

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAI.262.12.2022

Ciechanów, dnia 05.05.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: pytań nadesłanych przez jednego z Wykonawców w dniu 29.04.2022 r. do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia do akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej i materiałowej z podziałem na zadania”

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych odpowiada na następujące pytania:

Dotyczy: Zadanie nr 4

Pytanie 1

Dotyczy zapisów:

- wykonywana automatycznie w szybki i prosty sposób, bez konieczności manualnego wprowadzania wartości kalibrowanych – radiometr i termometr kalibracyjny stanowią wyposażenie zestawu;

2. Wyposażenie urządzenia:

- Universal Calibrator Handheld Display Unit

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które będzie kalibrowane przy użyciu dwóch czujników zasilanych bezpośrednio z komory, które spełniają dokładnie taką samą funkcję co radiometr i termometr kalibracyjny oraz z racji bezpośredniego zasilania z komory do swojej prawidłowej pracy nie wymagają podłączania do Universal Calibrator Handheld Display Unit?

Odp. Tak, jeśli funkcjonalność nie ulega zmianie takie rozwiązanie jest dopuszczalne.

Pytanie 2

Dotyczy terminu realizacji.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni.

Dotyczy: Zadanie nr 5

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o szerokości przestrzeni roboczej (odległości między kolumnami) 340 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o szerokości przestrzeni roboczej (odległości między kolumnami) 340 mm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Kancelarz PUZ im. Ignacego Mościckiego
/-/ mgr inż. Piotr Wójcik