

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAI.262.12.2022

Ciechanów, dnia 09.05.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: pytania nadesłanego przez jednego z Wykonawców w dniu 06.05.2022 r. do postępowania prowadzonego w **trybie podstawowym bez negocjacji**, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. pn.: *„Dostawa i montaż wyposażenia do akredytowanego laboratorium inżynierii mechanicznej i materiałowej z podziałem na zadania”*

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych odpowiada na następujące pytania:

Dotyczy: Zadanie nr 5 - Dostawa i montaż stanowiska laboratoryjnego do badania wytrzymałości materiałów.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów o obciążalności w zakresie 0 - 20 kN przy zachowaniu wymaganych zakresów grubości próbek płaskich i okrągłych ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie uchwytów o obciążalności w zakresie 0 - 20 kN przy zachowaniu wymaganych zakresów grubości próbek płaskich i okrągłych.

Z up. Kierownika Zamawiającego
Kancelarz PUZ im. Ignacego Mościckiego
/-/ mgr inż. Piotr Wójcik